

Fitxa tècnica



Prova CAFEÏNA

Codi prova LB00001730

ID 136

Responsable secció Dr. E. Zapico

Laboratori BIOQUÍMICA TÒXICS

Mètode HPLC detecció UV

Espècimen Plasma EDTA o heparina, sèrum

Volum 0,5 mL

Condicions de transport: Refrigerat/4°C

Condicions d'obtenció:

Observacions:

Lliurament resultats 24 h